

FICHA TÉCNICA · FLEXPELL HOSPITALAR

Coletor Infectante 20L ECO Amarelo cx c/20 un

FLEXPELL · Cód. 11004 · Unidade: UN · Emb. 54 x 20 x 73 cm · Cubagem 0,0788 m³ · Peso 12,545 kg

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO REFERÊNCIA
11004

NCM
48.19.10.00

CÓDIGO DE BARRAS EAN 13 (UC)
7898939098952

UNIDADE DE CONSUMO
1 caixa

CORES
Amarelo, preto e branco

VALIDADE
5 anos

ANVISA
Isento

CAPACIDADE TOTAL
20L

CAPACIDADE ÚTIL
14L

CAPACIDADE NOMINAL
7,0 kg

Medida da caixa coletora em cm. C30 L24 A29,5

DADOS DE DESPACHO

DESCRIÇÃO FATURA
Caixa Perfurocortantes 20L Eco Cx C/20 Un

CÓDIGO DE BARRAS DUM (UD)
17898939098959

EMBALAGEM
Caixa de papelão com 20 unidades

MEDIDAS EM CM
C73 L20 A54

PESO APROXIMADO
12,545 kg

CUBAGEM
0,0788m³

NORMAS TÉCNICAS

ABNT 13.853-1 | 7500

Características

Matéria-prima produzida em papelão ondulado pardo onda "B", tabuleiro resinado, cinta e fundo de papelão rígido (papelão couro), sacola de polietileno de alta densidade "PEAD".

Recomendações e cuidados

1. Uso único, armazenar na embalagem original em local seguro, seco e sem odor.
2. Utilizado para descarte de materiais infectantes, perfurantes e ou cortantes.
3. Manusear afastado do corpo.
4. Não encher ultrapassando a linha pontilhada.
5. Não descartar em lixo comum, identificar após cheio e destinar o descarte conforme legislação ambiental vigente.
6. Não estéril.
7. Classe de risco I.
8. Na falta de qualquer item do coletor não utiliza-lo.
9. Fabricante não recomenda empilhamento do produto.

Instrução de montagem

1. Dobrar 1ª aba, dobrar 2ª e 3ª aba simultaneamente, e dobrar 4ª aba até travar;
2. Abra as abas superiores do coletor;
3. Abra o saco plástico. Coloque o tabuleiro dentro do saco plástico;
4. Introduza também a cinta interna, posicionando-a em forma de triângulo sobre o tabuleiro;
5. Coloque o saco plástico já com o tabuleiro e a cinta dentro do coletor;
6. Coloque as sobras do saco plástico para dentro do coletor;
7. Introduza a bandeja impermeável dentro do saco plástico até o fundo;
8. Faça a montagem das alças duplas dobrando-as para dentro;
9. Posicione a orelha das alças para dentro, para apoio da tampa;
10. Não manuseie, entorte os perfurocortantes;
11. Travar o lacre para fechamento para descarte.
12. Identifique e date.

Garantia

A garantia deste produto está limitada nos termos estabelecidos nesta ficha técnica, as informações estão sujeitas a alterações sem comunicação prévia.

Flexpell Hospitalar Ltda · Rua João Zamariam, 515 · Distrito Industrial II, Mococa/SP · CEP 13739-020
vendas@flexpell.com.br · (19) 3666-6200 · www.flexpell.com.br